

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244

Website: www.smedec.gov.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): M.507.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument:

Cân đĩa Vibra TPS 6

Kiểu/Type:

Điện tử - Hiện số

Cơ sở sản xuất/Manufacturer:

Trung Quốc

Số/Serial No: 5717040712

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 6 kg
- Giá trị độ chia kiểm: e = d = 1g
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 20 g
- Cân cấp chính xác 3

Nơi sử dụng/place:

408 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đơn vị sử dụng/User:

Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phương pháp kiểm định/The method used:

ĐLVN 15:2009

Kết luận/Conclusions:

Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Tem kiểm định số/Verification stamp No:

14A-04625

Có giá trị đến/Valid until:

30-04-2018

Kiểm định viên
Verifier

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244

Website: www.smedec.gov.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): **M.517.17N**

Tên phương tiện đo/Measuring instrument:

Cân bàn TPS60

Kiểu/Type:

Điện tử - Hiện số

Số/Serial N°: **5717040714**

Cơ sở sản xuất/Manufacturer:

**Công ty CP CĐT Thịnh
Phát**

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 60 kg
- Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0.01 kg
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 0.2 kg
- Cân cấp chính xác: 3
- Ký hiệu PDM: PDM 061-2010

Nơi sử dụng/place:

**408 Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, T.Bà Rịa
Vũng Tàu**

Đơn vị sử dụng/User:

Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phương pháp kiểm định/The method used:

ĐLVN 14:2009

Kết luận/Conclusions:

Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Tem kiểm định số/Verification stamp N°:

14A-00384

Có giá trị đến/ Valid until:

30/04/2018

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

(Date of issue)

GIÁM ĐỐC

Director

Kiểm định viên

Verifier

Trương Văn Đặng



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244

Website: www.smedec.gov.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): M.506.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument:

Cân đĩa Vibra TPS 6

Kiểu/Type:

Điện tử - Hiện số

Số/Serial N^o: 5717040713

Cơ sở sản xuất/Manufacturer:

Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 6 kg
- Giá trị độ chia kiểm: e = d = 1g
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 20 g
- Cân cấp chính xác: 3

Nơi sử dụng/place:

408 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đơn vị sử dụng/User:

Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phương pháp kiểm định/The method used:

ĐLVN 15:2009

Kết luận/Conclusions:

Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Tem kiểm định số/Verification stamp N^o:

14A-04623

Có giá trị đến/Valid until:

30-04-2018

Kiểm định viên
Verifier

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

(Date of issue)

GIÁM ĐỐC

Director



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)