

KT3-01601BKL5/2

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

22/09/2025

Trang/ Page
01/02

1. Phương tiện đo/ Object : **QUẢ CÂN CHUẨN**
WEIGHT
2. Nhà sản xuất/ MFR : **ACCURATEWT**
3. Kiểu/ Type : Không hốc điều chỉnh SN: 116896 ID: N/A
Non adjusting cavity
4. Đặc trưng kỹ thuật: Khối lượng danh nghĩa/ *Nominal mass* : 5 kg
Specifications Số lượng quả/ *Quantity of weights* : 01 quả
Vật liệu/ *Material* : Thép không gỉ/ *Stainless steel*
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**
Customer **CẦN THƠ**
13/68 Trần Vĩnh Kiết, Khu vực 1, Phường An Bình, TP. Cần Thơ
6. Nơi hiệu chuẩn: **TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3/ QUATEST 3**
Place of Calibration **7 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trăn Biên, Đồng Nai**
7. Phương pháp hiệu chuẩn: ĐLVN 285:2015
Method of Calibration *Weights of classes E1 and E2 - Calibration procedure*
8. Chuẩn sử dụng/ *Standards Used*:
- | ID | Description | Cal. Date | Due Date | Traceable to |
|--------|---------------------|-----------|----------|--------------|
| KL1110 | Standard Weights E1 | 07/2021 | 07/2026 | LNE-FRANCE |
9. Môi trường hiệu chuẩn/ *Calibration Environment* : [23,0 ± 0,5] °C [50 ± 5] %RH [1000 ± 10] hPa
10. Hiệu chỉnh/ *Adjustment* : Không / *No*
11. Ngày hiệu chuẩn/ *Date of Calibration* : 18/09/2025
12. Tem hiệu chuẩn/ *Calibration Label* : KT3-01601BKL5/2
13. Ngày hiệu chuẩn lại/ *Recalibration Date* : 30/09/2027

TRƯỞNG PDL KHỐI LƯỢNG
HEAD OF MASS MEASUREMENT LAB.


Võ Quốc Khôi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

HEAD OF LAB.



Nguyễn Tân Tùng



KT3-01601BKL5/2

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

22/09/2025

Trang/ Page

02/02

**14. Kết quả hiệu chuẩn/ Results of Calibration**

Khối lượng danh nghĩa, <i>Nominal mass</i>	Khối lượng qui ước, <i>Conventional mass</i>	Sai lệch, <i>Difference</i> mg	Độ KĐBĐ, <i>Uncertainty</i> mg	Cấp chính xác, <i>Accuracy Class</i>
5 kg	5 000,0012 g	1,2	2,5	E2

- Khối lượng riêng: 7950 kg/m^3 U (k=2): 140 kg/m^3

- Quả cân đạt cấp chính xác E2 theo ĐLVN 285:2015

15. Thông tin khác/ Other Informations

a. Các giá trị có đơn vị không thuộc hệ SI, được chuyển đổi từ hệ SI theo các bảng trong **NĐ 86/2012/NĐ-CP**.

All non-SI values were converted from SI units via conversion factors in above document.

b. Kết quả hiệu chuẩn chỉ có giá trị tương ứng với điều kiện theo phương pháp hiệu chuẩn nêu ở Mục 7.

Calibration results are valid with respect to the procedure conditions as description at Item 7 only.

c. Phương tiện đo được hiệu chuẩn bằng cách so sánh trực tiếp với các chuẩn của Trung tâm Kỹ thuật 3 được nêu tại mục 8.

The equipment under calibration was calibrated by direct comparison with standards of Quatest 3 as description at Item 8.

QUATEST 3®

1. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn này thể hiện việc liên kết chuẩn đến chuẩn quốc gia, với đơn vị đo tuân thủ theo hệ đơn vị đo quốc tế SI.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units.

2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

3. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

4. Mọi thắc mắc về giấy chứng nhận hiệu chuẩn, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about certificate of calibration.